

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PLIEGO:

A. LOTE 2 – TOMÓGRAFOS COMPUTERIZADOS.

1.- Resolución espacial Modo Standard / Alta Resolución

50 % MTF (pl/cm)

10 % MTF (pl/cm)

5 % MTF (pl/cm)

2 % MTF (pl/cm)

0 % MTF (pl/cm)

Nuestro dato de producto nos da información de alguno de estos porcentajes, pero no de los 5

Habría que responder a los cinco porcentajes?

No es necesario, ni excluyente. Respóndase con la información disponible.

2.- Imagen Cardio Avanzada.

Gating Respiratorio incluido :

Quiere decir gating Cardiaco ???:

NO, se refiere al Respiratorio.

3.- La estaciones de postprocesado de los 3 CT del lote 2...

- Han de ser en igual nº para cada uno de los 3 TC's ?: **SI**

- Han de llevar las mismas aplicaciones avanzadas para postproceso?:

Para el de menores prestaciones no se exigen en el Pliego Técnico. Dependiendo de la configuración del Sistema de Tratamiento de Imagen, todos los programas deben de estar disponibles en el mayor número de puestos de trabajo.

B. LOTE 3 – ANGIÓGRAFOS DIGITALES

En la encuesta de aspectos cualitativos, hay un apartado llamado MODULO DE INTERCONEXIÓN, aclarar esta interconexión entre que elementos se refiere:

El Módulo de Interconexión debe permitir la visualización de imágenes de estudios archivados en el PACS General, así como parámetros fisiológicos de monitorización del paciente

C. LOTE 4 – ANGIÓGRAFO DIGITAL PARA QUIRÓFANO

En la encuesta aparece el mismo apartado:

El Módulo de Interconexión debe permitir la visualización de imágenes de estudios archivados en el PACS General, así como parámetros fisiológicos de monitorización del paciente

D. LOTE 5 – SALAS DE ELECTROFISIOLOGÍA Y HEMODINÁMICA.

EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, EN LA PARTE DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGÍA:

En la página 38 aparece "incluira sistema de adquisición modo CT". Especificar si es una prescripción obligatoria pues es una tecnología no utilizada en esta especialidad.

No es obligatoria.

En la página 39, Sistema de poligrafía, piden gasto cardiaco, esto es utilizado en hemodinámica y no en electrofisiología. Especificar si es necesario.

Sí es necesario.

EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, EN LA PARTE DE LAS HEMODINÁMICAS:

En la página 46 en el punto Monitores de Visualización, en la Sala de Control pone, "Se incluira soporte del techo para albergar 4 monitores y podrá admitir un mínimo de 5 monitores. Especificar si es así o este apartado se refiere a la sala de exploración.

Se refiere a la Sala de Exploración.

En la página 48 Archivo Digital Permanente. Especificar si es uno por cada equipo ofertado (total 2) o uno para uso común.

Uno por cada equipo ofertado.

En la página 49 en el punto Sistema de Poligrafía, aparece ECG intracardiaco, esto es utilizado en electrofisiología y no en hemodinámica. Especificar si es necesario.

Si es necesario.

En la encuesta aparece el apartado de MODULO DE INTERCONEXIÓN. aclara entre que elementos se refiere esta interconexión.

Tomar la respuesta del Lote 3 y 4.

E. SOLVENCIA TÉCNICA

Relación de todos los equipos similares a los ofertados que se haya instalado.....

En algún caso, el equipo a ofertar se va a presentar en la RSNA, por lo que es absolutamente novedoso. ¿Valdría con los equipos similares al ofertado?

Si por supuesto

En aquellos casos que los equipos se han empezado a comercializar hace dos o tres meses, ¿sirven referencias europeas?

Sí.